



# Termómetro Termoscan

Los termómetros SCAN miden el calor infrarrojo desprendido por el embrión.



## ESPECIFICACIONES

**Rango de temperatura:** -50 a 550°F (-45 a 287°C)

Sistema de Compensación automática de emisividad

**Emisividad de error:** +/-1% Como máximo de la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura instrumento cuando percibe la emisividad.

**Repetibilidad:** +/- 0.1°F (+/-0.1°C)

**Resolución:** 0.1°F (0.1°C)

**Tiempo de respuesta:** Aproximadamente 0.1 seg.

**Tamaño mínimo de la Mancha:** Aproximadamente 1/4" (6.4mm)

**Sensibilidad:** 2 a 20 micra

**Duración de la batería:** Aproximadamente 5000 lecturas de una batería de 9V alcalina



Mod. 6022

MEDICIÓN